

**2327****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 12 października 2004 r.

**w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal  
podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne  
będące przedmiotami ortopedycznymi**

Na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej poz. 2135) zarządza się, co następuje:

---

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

§ 1. Lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi musi spełniać następujące wymagania:

- 1) stanowić jedną wyodrębnioną całość i być wyposażony w magazyn lub szafy ekspedycyjne;
- 2) być wyposażony w przymierzalnię w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego indywidualne przedmioty ortopedyczne dla poszczególnych świadczeniobiorców;
- 3) być wyposażony w izbę ekspedycyjną w odniesieniu do lokalu podmiotu innego niż określony w pkt 2;
- 4) umożliwiać swobodny dostęp świadczeniobiorcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu;
- 5) zapewnić miejsce do oczekiwania;
- 6) warunki przechowywania środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi powinny być zgodne z zaleceniami wytwórcy, w szczególności powinny zapewniać ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem, obcymi zapachami;
- 7) być wyposażony w węzeł sanitarny;
- 8) ściany i podłogi powinny być gładkie i łatwo zmywalne;
- 9) być wyposażony w wydzielone i przystosowane pomieszczenie do badania słuchu — w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu.

§ 2. Lokal, o którym mowa w § 1 pkt 3, wyposaża się w:

- 1) szafy ekspedycyjne, przeznaczone wyłącznie do przechowywania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych;
- 2) stół ekspedycyjny;
- 3) przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i wilgotności pomieszczeń.

§ 3. Miejsce świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi w lokalu, o którym mowa w § 1, oznacza się na zewnątrz, a oznaczenie to zawiera w szczególności:

- 1) nazwę (firmę) podmiotu;
- 2) adres i numer telefonu;
- 3) informację o godzinach pracy.

§ 4. Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Zdrowia: *M. Balicki*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. (poz. 2327)

**Załącznik nr 1**

#### WYKAZ SPRZĘTU STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE LOKALU PODMIOTU WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU

Lokal podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu wyposaża się w:

- 1) komputer z oprogramowaniem i specjalistycznym oprzyrządowaniem do programowania aparatów słuchowych;
- 2) audiometr tonalny na przewodnictwo powietrzne i kostne, umożliwiający maskowanie, audiometrię mowy i badanie w wolnym polu;
- 3) wyposażenie niezbędne do pobierania wycisków usznych:
  - a) otoskop z kompletem wzierników,
  - b) sztabka świetlna,
  - c) strzykawka do pobierania wycisków,
  - d) pęseta uszna;

4) materiały niezbędne do pobierania wycisków usznych:

- a) masy wyciskowe,
- b) tampony zabezpieczające z nitką,
- c) bagietki do oczyszczania,
- d) serwety zabezpieczające ubranie pacjenta;

5) wyposażenie niezbędne do korekty wkładek usznych i wstępnej kontroli aparatów słuchowych:

- a) mikromotor,
- b) wiertła, frezy, gumki polerskie,
- c) materiały (wężyki, lakiery, masy uzupełniające),
- d) stetoklip do osłuchiwania aparatów słuchowych zausznych i wewnątrzusznych.

**WYKAZ SPRZĘTU STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE LOKALU PODMIOTU WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE Z ZAKRESU OPTYKI OKULAROWEJ**

1. Lokal podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej będący gabinetem okulistycznym, w którym wykonuje się aplikację leczniczych soczewek kontaktowych świadczeniobiorcom ze schorzeniem stożka rogówki, wyposaża się w:

- 1) biomikroskop — lampę szczelinową średniej rozdzielczości;
- 2) oftalmometr Javala;
- 3) zestaw do badania refrakcji: linijki do skioskopii lub refraktometr optyczny;
- 4) kasetę próbną szkieł okularowych z oprawą próbną;
- 5) oftalmoskop — wziernik okulistyczny;
- 6) tablice Snellena do badania ostrości wzroku;
- 7) zestaw próbnny sztywnych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych:
  - a) „stożkowych” o promieniach bazowych BC: od 5,80 mm do 7,00 mm co 0,1 mm,
  - b) „standardowych” — poszerzonych o promieniach bazowych od 7,10 mm do 8,10 mm co 0,1 mm;
- 8) tonometr aplanacyjny, impresyjny.

2. Lokal podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej będący gabinetem okulistycznym, w którym wykonuje się aplikację leczniczych soczewek kontaktowych świadczeniobiorcom z dużą anizotropią (łącznie z afakią), wyposaża się w:

- 1) sprzęt wymieniony w ust. 1;
  - 2) zestaw próbnny soczewek kontaktowych;
  - 3) tonometr do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.
3. Lokal podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej będący pracownią optyczną wyposaża się w:
- 1) szlifierkę soczewek okularowych;
  - 2) centroskop;
  - 3) dioptromierz;
  - 4) polaryskop;
  - 5) podgrzewacz opraw okularowych;
  - 6) zestaw narzędzi ręcznych do montażu i napraw ramek okularowych;
  - 7) kasetę okulistyczną;
  - 8) tablice z optotypami, umożliwiające sprawdzenie wykonanej pracy przy jej wydawaniu;
  - 9) części zamienne, w tym w szczególności zauszuki lub noski, umożliwiające wykonywanie podstawowych napraw;
  - 10) oprawy okularowe i soczewki w podstawowym zakresie mocy, pozwalające na wykonanie okularów oraz pomocy wzrokowych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zleceniu.